Protezione per occhi con sostegno posteriore

INDICAZIONI

La **Protezione per occhi con sostegno posteriore** è un dispositivo medico utilizzato come protettore oculare pediatrico, indicato per la fototerapia.

COMPOSIZIONE

Prodotto con materiale a tre strati, interno in cotone, esterno in poliammide e imbottitura in schiuma di poliuretano.

MODALITÀ D'USO

- Posizionare la protezione all'altezza degli occhi del paziente, posizionandola intorno alla testa.
- Fissare la protezione con il sistema in velcro.

CARATTERISTICHE

È stata progettata seguendo un modello anatomico per garantire una corretta posizione della protezione in caso di movimenti improvvisi.
Le lunghezze del prodotto sono regolabili attraverso la combinazione del sistema in velcro e il materiale dello strato esterno.
Il prodotto è traspirante, non irritante, antiallergico.
Il sistema di chiusura in velcro permette un fissaggio efficace ed efficiente.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.
Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

Per scegliere la misura corretta, bisogna prendere in considerazione la circonferenza della testa e la superficie dell'occhio da proteggere.

RIFERIMENTO	MODELLO	CIRCONFERENZA TESTA	LARGHEZZA MASCHERA
1029200	MEDIO	36-40 cm	4 cm
1029220	GRANDE	35-41 cm	6,5 cm
1029250	PICCOLO	28-35 cm	3,5 cm

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	**UNITÀ SCATOLA**	**MISURE SCATOLA (cm)**	**PESO SCATOLA (kg)**
1029200	25 unità/scatola	21x15x15	0,41
1029220	25 unità/scatola	21x15x15	0,41
1029250	25 unità/scatola	21x15x15	0,36

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.